

16.06.2022

לכבוד ועדת מכרזים
כאן

הנדון: רכש מערכות ניווט
MEDTRONIC S8 Navigation System

- (1) לחדר ניתוח, לניתוחי מוח ועמוד שדרה נדרש לרכוש מערכת ניווט.
- (2) נדרש כי המערכת תתממשק לניידת שיקוף תלת ממדית המופעלת במחדר ניתוח מדגם O-ARM מתוצרת MEDTRONIC.
- (3) המערכת ניווט היחידה שמתממשקת לניידת שיקוף הנ"ל הינה S8 מתוצרת MEDTRONIC.
- (4) לאור האמור לעיל, המערכת ניווט היחידה העונה לדרישות ביה"ח, הינם מתוצרת MEDTRONIC.
- (5) לפיכך חב' MEDTRONIC לה חברת בת בארץ, הינם הספק היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק מערכת ניווט לניתוחי מוח ועמוד שדרה.

בברכה,

ודים מלכביץ'

סגן מנהל מח' הנדסה ביו-רפואית